

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se establece que la prensa a adquirir por parte del Laboratorio de Suelos y Materiales de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) deberá reunir, como mínimo, las siguientes características de acuerdo a la Nota de Pedido N° 69295:

- Prensa automática para ensayos de compresión de hormigón con capacidad mínima de 2000 kN.
- Tipo BESMAK o de calidad y prestaciones técnicas equivalentes.
- Deberá entregarse con certificado de calibración vigente emitido por organismo competente.
- Deberá contar con sistema de control digital, que permita el almacenamiento de métodos de ensayo personalizados para la ejecución de ensayos alternados y repetitivos, optimizando la operación y garantizando la repetibilidad de los resultados.
- Deberá incluir software para PC que permita la gestión integral de los ensayos, almacenamiento de resultados, generación de bases de datos y emisión de informes.
- El software deberá ser compatible con sistemas operativos de uso corriente y suministrarse con las licencias necesarias para su funcionamiento.
- Deberá incluir suplementos de altura (espaciadores) que permitan adaptar la cámara de ensayo para la realización de ensayos sobre diferentes tipos y dimensiones de probetas de hormigón, garantizando la correcta posición de carga en cada caso.
- El proveedor deberá realizar puesta en marcha y verificación del correcto funcionamiento del equipo en las instalaciones del Laboratorio de Suelos y Materiales de OSSE.
- Deberá incluir capacitación presencial en sitio destinada al personal del Laboratorio, comprendiendo la operación del equipo, configuración de métodos de ensayo, utilización del software, mantenimiento preventivo y buenas prácticas de uso.



Ing. PAULA CORTÉZ
Jefe de Servicio y Soporte de Obras
Dpto. Obras
O.S.S.E. - San Juan